

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС
ИЗХ № 02-1463/13.03.14

АМД

ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

В процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка, съгласно чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП с предмет:

“Доставка на 2 /два/ броя санитарни автомобили с медицинско оборудване /линейки/ за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет”

Относно: Разяснение във връзка с постъпило запитване

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


На основание чл. 29, ал. 3 от ЗОП давам следното разяснение на постъпилите въпроси:

Въпрос № 1: по т. 5.1. Десет литра кислородна бутилка е вместимостта при атмосферно налягане или при налягане от 200 атм.

Отговор № 1: 10 /десет/ литра кислородна бутилка при налягане от 200 атм.

Въпрос № 2: по т. 6.1. Изисква ли се доставка на вакуум инсталация в санитарния автомобил

Отговор № 2: Изисква се доставка на вакуумна инсталация в санитарния автомобил, като стандартно оборудване.



НИКОЛАЙ ЧИРПАНИЕВ, Д-Р
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС